

GC DENTURE BORDER TRAYS

GC 初印模托盘（无牙颌下颌专用）

GC BITE TRAYS (SLIDE TYPE)

GC 咬合记录用托盘（可动式）



使用方法手册



本品为可以用次氯酸钠水溶液等药剂消毒，可以使用高温消毒锅（最大 134℃）反复进行消毒。


※不是一次性产品。

制取高效率，高精度的初印模的无牙颌托盘！

提高患者满意度！

GC DENTURE BORDER TRAYS

能简单地获取下颌义齿组织面及边缘形态的解剖学印模。




特点

- 再现下颌义齿边缘相关的解剖标志点
- 方便对托盘的磨牙后垫区域进行调整。
- 可拆卸的手柄能够避免上颌天然牙的干扰。


■ 托盘组织面设计组织止点

为了确保托盘内的印模空间，组织面设有组织止点。牙槽嵴高度吸收的病例，方便通过蜡片或自凝树脂等进行调改。




使用方法


1) 托盘在口腔内进行试戴，选择合适的托盘型号。




2) 将混合好的印模材料放入托盘，就位于患者口中。



3) 根据需要指导患者进行功能运动。



4) 印模材料硬化后从口腔中取出，及时灌注模型。




■ 需要调改托盘磨牙后垫区域时

(避免托盘过度压迫磨牙后垫周围软组织)
使用金刚砂片沿着磨牙后垫显示线切削托盘。
注意去除尖锐的部分，保持边缘平滑。

另外，由于固位孔减少，推荐取模前在托盘边缘缠绕医用胶带加强固位，避免脱模。

5)



6)



包装：混合套装
(本体 S,M,L, 共同手柄)
各 2 个 (总计：8 个)

使用要点！

- 本托盘分 3 种型号 (S,M,L)。除必要情况外，请尽量使用蜡片或树脂进行托盘的调改。
- 在切削托盘磨牙后垫区域后，建议采用托盘内堆放硬度稍硬的重体藻酸盐，口内注射器注射轻体藻酸盐的二次印模技术制取印模，以加强支撑。



GC BITE TRAYS (SLIDE TYPE)

初步咬合记录，在初印模时就可以快速且容易地获取精度较高的咬合记录。

特点


- 适用于各种对颌关系的滑动结构。
- 具有印模材固位孔的上下颌独立托盘。
- 上下颌分体式构造，可用于单颌无牙颌病例。

■操作流程可依照医生的操作习惯调整为简单的制取顺序：上颌制取→固定托盘位置→下颌制取，拍摄照片。医生可按照临床习惯的操作顺序操作。



使用方法


1) 口腔内托盘试戴，确定上下托盘相对于咬合板的位置关系，确定合适的咬合高度。




2) 为避免咬合记录制取过程中发生较大的晃动，使用黏蜡或者边缘整塑蜡固定咬合板和上下托盘。



3) 将混合后的硅橡胶重物（GC 硅橡胶印模材膏剂型）放入上下颌托盘，再放入患者口腔内。



4) 嘱患者缓慢闭口，直到最初确定的咬合高度，等待硅橡胶硬化。闭口时，嘱患者进行吞咽可减小咬合记录的水平误差。



5) 待口内的硅橡胶完全固化后，再混合少许重物硅橡胶放在咬合平面板前部，使用牙线进行中线与咬合平面（瞳孔连线）的标记。



6) 咬合记录完成后，将托盘从患者口内取出。




使用要点！

- 使用重物硅橡胶印模材料时，可能因患者的咬合力或硅橡胶材料量不足等原因，使印模材料不能完全嵌入固位孔内。将重物硅橡胶堆放在托盘上时，请注意确保将其压入固位孔。
- 上下颌托盘固定时，推荐使用黏蜡或边缘整塑蜡。（自凝树脂的 PMMA 单体容易使本托盘发生溶解。）

■半口义齿的使用方法


在有牙颌一侧不使用托盘，如果颌间距离非常低，可以仅使用咬合板制取咬合记录。

↑根据颌位关系不同可自由调改上下颌托盘位置→



包装：1副
(总计：3个部件)

GC 功能性义齿制作步骤对应产品一览表



由于印刷缘故，现品与实际会存在差异；图册中所揭示数据为 GC 研究所测定的参考数据。

进口商

而至齿科 (苏州) 有限公司

江苏省苏州市工业园区青丘街 127 号
电话: +86-(0)512-6283 3083
传真: +86-(0)512-6283 3089

而至齿科 (苏州) 有限公司 上海分公司

上海市长宁区仙霞路 137 号盛高国际大厦 1004 室
电话: +86-(0)21-6209 0008
传真: +86-(0)21-6208 6748